

Multiplexer Autoantikörpernachweis im Microarray-Format

ANA plus ViraChip® IgG


Die innovative Array-Technologie in der serologischen Diagnostik

Der ANA plus ViraChip® IgG ist ein Microarray auf Basis eines Enzym-Immunoassays zum qualitativen Nachweis von IgG Autoantikörpern gegen diagnostisch relevante Antigene in humanem Serum.

Der ANA plus ViraChip® IgG verwendet folgende aufgereinigte ANA-spezifische Antigene: dsDNA, Nucleosome, PCNA, P0, SS-A 52, SS-A 60, Histone, Sm, Sm/RNP, Ku, SS-B, CENP B, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, Mi-2 und DFS70. Für eine optimale diagnostische Sicherheit enthält der ANA plus ViraChip® IgG eine

zusätzliche DNA-Spezifitätskontrolle. Mit dieser kann die spezifische Reaktivität des dsDNA Spotdubletts bewertet werden.

Der ANA plus ViraChip® IgG Test Kit besteht aus 96 einzelbrechbaren Näpfen, die sich in einer Standard-Mikrotiterplatte befinden. Die Durchführung ist auf den gängigen ELISA-Prozessoren möglich. Mit der ViraChip® Software wird der gesamte Prozess inklusive Auswertung zentral gesteuert.



dsDNA, Nucleosome, Histone, Sm, Sm/RNP, PCNA und P0

Hinweis auf systemischen Lupus erythematoses, Mischkollagenosen, Sharp-Syndrom⁽¹⁻³⁾

SS-A 52, SS-A 60 und SS-B

Hinweis auf Sjögren Syndrom, systemischen Lupus erythematoses, neonatalen Lupus, kongenitalen Herzblock, subakut kutanen Lupus⁽¹⁻⁵⁾

Scl-70 und CENP B

Hinweis auf Sklerodermie und CREST-Syndrom^{(1-3),(6)}

Ku, PM/Scl, Jo-1 und Mi-2

Hinweis auf Polymyositis/Dermatomyositis, Polymyositis/Sklerodermie Overlap und das Raynaud-Phänomen^{(1-3),(7),(8)}

DFS70

Autoantikörper gegen DFS70 können mit einem dicht fein gesprenkelten Muster in der HEp2-IFT korrelieren⁽⁹⁾

Alle relevanten Kontrollen sind auf dem ANA plus ViraChip® IgG integriert

Sicheres Arbeiten nach den gültigen Richtlinien⁽¹⁰⁾ und Empfehlungen⁽¹¹⁾ in der Laborroutine

Vollautomatische Durchführung auf ELISA-Prozessoren Automatisierte Auswertung mit der ViraChip® Software

Art.-Nr.:
V-APCGOK ANA plus ViraChip® IgG Test Kit

96 Tests

Art.-Nr.:
V-ANCGPK ANA ViraChip® IgG Positive Control
V-ANCGNK ANA ViraChip® IgG Negative Control

330 µl
330 µl

(1) Tan, E. M.: Antinuclear Antibodies: Diagnostic markers for autoimmune diseases and probes for cell biology. Advances in Immunology 1989

(2) Mühlen, C.: Autoantibodies in the diagnosis of systemic rheumatic diseases. Seminar in Arthritis and Rheumatism 1995

(3) Conrad, K. et al.: Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Pabst Science Publishers, 3. Auflage 2006

(4) Brucato, A. et al.: Risk of congenital complete heart block in newborns of mothers with anti-Ro/SSA antibodies detected by counterimmuno-electrophoresis: a prospective study of 100 women. Arthritis and Rheumatism 2001

(5) Gordon, P. et al.: Anti-52 kDa Ro, anti-60 kDa Ro and anti-La antibody profiles in neonatal lupus. Journal of Rheumatology 2004

(6) Steen, V.D.: Autoantibodies in systemic sclerosis. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2005

(7) Kao, A. H. et al.: Anti-Signal recognition particle autoantibody in patients with and patients without idiopathic inflammatory myopathy. Journal of experimental Medicine 2005

(8) Reichlin, M.: Antibodies to a nuclear/nuclear antigen in patients with polymyositis overlap syndromes. Journal of Clinical Immunology 1984

(9) CONRAD, K et al.: The Clinical Relevance of Anti-DFS70 Autoantibodies. Clin Rev Allerg Immunol, 2017

(10) Rili-BÄK, Teil B 2, Deutsches Ärzteblatt DOI: 10.3238/arztebl.2019.rili_baek_OS_Labor2019231; Dezember 2019

(11) ZLG, ISO15189; Qualitätskontrolle für Immunoblots/Western Blots in der infektionsserologischen Diagnostik

3039_ANA_plus_ViraChip_IgG_Flyer_de_RevA

ViraChip® ist ein registriertes Warenzeichen der VIRAMED Biotech AG

© Copyright VIRAMED Biotech AG Juli 2022